

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

COLETA DE PREÇOS - CATETER NASAL E SONDAS PARA SISTEMA ABERTO

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, administradora do HOSPITAL ITAMED, torna pública a promoção de procedimento de Rito Administrativo, na modalidade de COLETA DE PREÇOS, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, mediante as condições estabelecidas nesta Especificação Técnica e seus anexos.

1. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA.

A presente especificação técnica tem como objetivo a aquisição de cateter nasal para oxigenoterapia e sondas para sistema aberto, abrangendo sondas de aspiração traqueal, sondas uretrais e sondas gástricas longas, visando atender às necessidades da Farmácia Hospitalar e dos setores assistenciais do Hospital Itamed.

A aquisição justifica-se pela necessidade de assegurar o abastecimento contínuo dos materiais médico-hospitalares utilizados em procedimentos assistenciais, terapêuticos e de suporte ao paciente, garantindo disponibilidade dos itens em quantidade adequada, com qualidade, rastreabilidade, conformidade sanitária e segurança para o uso institucional.

A ausência ou ruptura desses materiais pode impactar diretamente a continuidade da assistência, a execução de procedimentos de oxigenoterapia, aspiração, drenagem e sondagem, além de gerar riscos operacionais, compras emergenciais, atrasos no atendimento e prejuízos à segurança do paciente.

A contratação contribui para a padronização do fornecimento, planejamento de consumo, controle de estoque, rastreabilidade dos lotes e atendimento às normas sanitárias vigentes aplicáveis aos produtos para saúde.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

2.1. Descrição geral do objeto

Os produtos deverão ser novos, de uso único, descartáveis, íntegros, compatíveis com o uso hospitalar e fornecidos em embalagem individual, conforme aplicável, de modo a preservar as condições de segurança, limpeza, esterilidade e rastreabilidade até o momento da utilização.

2.2. Requisitos técnicos mínimos

- **Cateteres de oxigênio tipo óculos:** deverão ser confeccionados em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com extremidades atraumáticas, cânula nasal compatível com o tamanho especificado, conector compatível com sistema de oxigenoterapia/fluxômetro e embalagem individual.
- **Sondas de aspiração traqueal:** deverão ser estéreis, descartáveis, flexíveis, atóxicas, com calibre identificado, ponta arredondada e atraumática, orifícios laterais, conector universal e comprimento compatível com a finalidade assistencial.
- **Sondas uretrais:** deverão ser estéreis, descartáveis, flexíveis, atóxicas, com ponta atraumática, calibre identificado e embalagem individual que preserve as condições do produto até o uso.
- **Sondas gástricas longas:** deverão ser estéreis, descartáveis, flexíveis, atóxicas, com ponta atraumática, orifícios distais/laterais, calibre identificado e comprimento compatível com a finalidade de uso.
 - Os produtos deverão apresentar bom acabamento, ausência de rebarbas, rachaduras, perfurações, deformidades, sujidades ou qualquer dano que comprometa sua segurança e desempenho.
 - A rotulagem deverá conter, no mínimo, nome do produto, tamanho/calibre, composição/material, identificação do fabricante e/ou importador, número do lote, prazo de validade, método de esterilização quando aplicável, número de registro/cadastro na ANVISA, condições de armazenamento, indicação de uso único e advertências aplicáveis.
 - Não serão aceitos produtos reprocessados, reesterilizados, com embalagem violada, sem identificação de lote e validade ou em desacordo com a Ordem de Compra e com as especificações técnicas estabelecidas neste documento.

2.3. Itens e quantidades estimadas

Observação: a quantidade anual estimada corresponde à quantidade mensal x 12, podendo sofrer variações conforme consumo interno, demanda assistencial e necessidade institucional.

Item	Produto	Quantidade Mensal	Quantidade Anual
1	Cateter Oxigênio Tipo Oculos NeoNatal nº 04	40	480
2	Cateter Oxigênio Tipo Oculos NeoNatal nº 06	20	240
3	Cateter Oxigênio Tipo Oculos NeoNatal nº 08	40	480
4	Cateter Tipo Óculos Estéril nº 12	800	9.600
5	Sonda aspiração traqueal nº04	60	720
6	Sonda aspiração traqueal nº06	2200	26.400
7	Sonda aspiração traqueal nº08	1300	15.600
8	Sonda aspiração traqueal nº10	160	1.920
9	Sonda aspiração traqueal nº12	400	4.800
10	Sonda aspiração traqueal nº14	1800	57.600
11	Sonda aspiração traqueal nº16	30	360
12	Sonda aspiração traqueal nº18	20	240
13	Sonda uretral nº04	60	720
14	Sonda uretral nº06	80	960
15	Sonda uretral nº08	200	2.400
16	Sonda uretral nº10	60	720
17	Sonda uretral nº12	320	3.840
18	Sonda uretral nº14	40	480
19	Sonda uretral nº16	20	240
20	Sonda uretral nº18	20	240
21	Sonda uretral nº20	10	120
22	Sonda gástrica longa nº04	10	120
23	Sonda gástrica longa nº06	20	240
24	Sonda gástrica longa nº08	15	180
25	Sonda gástrica longa nº10	15	180
26	Sonda gástrica longa nº12	10	120
27	Sonda gástrica longa nº14	10	120
28	Sonda gástrica longa nº16	25	300
29	Sonda gástrica longa nº18	40	480
30	Sonda gástrica longa nº20	40	480

2.4 Especificações por item

Item 1. Cateter Oxigênio Tipo Óculos Neonatal nº 04

Cateter nasal para oxigenoterapia, tipo óculos, tamanho neonatal nº 04, confeccionado em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com cânulas nasais macias e atraumáticas, extensão adequada para conexão ao sistema de oxigenoterapia, conector compatível com fluxômetro/rede de gases medicinais, de uso único, descartável, acondicionado em embalagem individual, com identificação de lote, validade e registro/cadastro ANVISA, quando aplicável.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 2. Cateter Oxigênio Tipo Óculos Neonatal nº 06

Cateter nasal para oxigenoterapia, tipo óculos, tamanho neonatal nº 06, confeccionado em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com cânulas nasais macias e atraumáticas, extensão adequada para conexão ao sistema de oxigenoterapia, conector compatível com fluxômetro/rede de gases medicinais, de uso único, descartável, acondicionado em embalagem individual, com identificação de lote, validade e registro/cadastro ANVISA, quando aplicável.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 3. Cateter Oxigênio Tipo Óculos Neonatal nº 08

Cateter nasal para oxigenoterapia, tipo óculos, tamanho neonatal nº 08, confeccionado em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com cânulas nasais macias e atraumáticas, extensão adequada para conexão ao sistema de oxigenoterapia, conector compatível com fluxômetro/rede de gases medicinais, de uso único, descartável, acondicionado em embalagem individual, com identificação de lote, validade e registro/cadastro ANVISA, quando aplicável.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 4. Cateter Oxigênio Tipo Óculos Neonatal nº 12

Cateter nasal para oxigenoterapia, tipo óculos, tamanho nº 12, confeccionado em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com cânulas nasais macias e atraumáticas, extensão adequada para conexão ao sistema de oxigenoterapia, conector compatível com fluxômetro/rede de gases medicinais, de uso único, descartável, acondicionado em embalagem individual, com identificação de lote, validade e registro/cadastro ANVISA, quando aplicável.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 5. Sonda aspiração traqueal nº 04

Sonda de aspiração traqueal nº 04, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal arredondada e atraumática, orifícios laterais adequados para aspiração, conector proximal universal compatível com sistema de aspiração, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 6. Sonda aspiração traqueal nº 06

Sonda de aspiração traqueal nº 06, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal arredondada e atraumática, orifícios laterais adequados para aspiração, conector proximal universal compatível com sistema de aspiração, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 7. Sonda aspiração traqueal nº 08

Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal arredondada e atraumática, orifícios laterais adequados para aspiração, conector proximal universal compatível com sistema de aspiração, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 8. Sonda aspiração traqueal nº 10

Sonda de aspiração traqueal nº 10, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal arredondada e atraumática, orifícios laterais adequados para aspiração, conector proximal universal compatível com sistema de aspiração, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 9. Sonda aspiração traqueal nº 12

Sonda de aspiração traqueal nº 12, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal arredondada e atraumática, orifícios laterais adequados para aspiração, conector proximal universal compatível com sistema de aspiração, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 10. Sonda aspiração traqueal nº 14

Sonda de aspiração traqueal nº 14, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal arredondada e atraumática, orifícios laterais adequados para aspiração, conector proximal universal compatível com sistema de aspiração, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 11. Sonda aspiração traqueal nº 16

Sonda de aspiração traqueal nº 16, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal arredondada e atraumática, orifícios laterais adequados para aspiração, conector proximal universal compatível com sistema de aspiração, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 12. Sonda aspiração traqueal nº 18

Sonda de aspiração traqueal nº 18, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal arredondada e atraumática, orifícios laterais adequados para aspiração, conector proximal universal compatível com sistema de aspiração, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 13. Sonda uretral nº 04

Sonda uretral nº 04, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifício lateral adequado para drenagem, conector proximal compatível com a finalidade de uso, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 14. Sonda uretral nº 06

Sonda uretral nº 06, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifício lateral adequado para drenagem, conector proximal compatível com a finalidade de uso, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 15. Sonda uretral nº 08

Sonda uretral nº 08, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifício lateral adequado para drenagem, conector proximal compatível com a finalidade de uso, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 16. Sonda uretral nº 10

Sonda uretral nº 10, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifício lateral adequado para drenagem, conector proximal compatível com a finalidade de uso, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 17. Sonda uretral nº 12

Sonda uretral nº 12, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifício lateral adequado para drenagem, conector proximal compatível com a finalidade de uso, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 18. Sonda uretral nº 14

Sonda uretral nº 14, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifício lateral adequado para drenagem, conector proximal compatível com a finalidade de uso, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 19. Sonda uretral nº 16

Sonda uretral nº 16, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifício lateral adequado para drenagem, conector proximal compatível com a finalidade de uso, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 20. Sonda uretral nº 18

Sonda uretral nº 18, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifício lateral adequado para drenagem, conector proximal compatível com a finalidade de uso, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 21. Sonda uretral nº 20

Sonda uretral nº 20, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifício lateral adequado para drenagem, conector proximal compatível com a finalidade de uso, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 22. Sonda gástrica longa nº 04

Sonda gástrica longa nº 04, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifícios distais/laterais adequados para drenagem ou administração conforme finalidade assistencial, comprimento compatível com o uso gástrico, conector proximal compatível, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 23. Sonda gástrica longa nº 06

Sonda gástrica longa nº 06, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifícios distais/laterais adequados para drenagem ou administração conforme finalidade assistencial, comprimento compatível com o uso gástrico, conector proximal compatível, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 24. Sonda gástrica longa nº 08

Sonda gástrica longa nº 08, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifícios distais/laterais adequados para drenagem ou administração conforme finalidade assistencial, comprimento compatível com o uso gástrico, conector proximal compatível, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 25. Sonda gástrica longa nº 10

Sonda gástrica longa nº 10, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifícios distais/laterais adequados para drenagem ou administração conforme finalidade assistencial, comprimento compatível com o uso gástrico, conector proximal compatível, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 26. Sonda gástrica longa nº 12

Sonda gástrica longa nº 12, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifícios distais/laterais adequados para drenagem ou administração conforme finalidade assistencial, comprimento compatível com o uso gástrico, conector proximal compatível, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 27. Sonda gástrica longa nº 14

Sonda gástrica longa nº 14, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifícios distais/laterais adequados para drenagem ou administração conforme finalidade assistencial, comprimento compatível com o uso gástrico, conector proximal compatível, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 28. Sonda gástrica longa nº 16

Sonda gástrica longa nº 16, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifícios distais/laterais adequados para drenagem ou administração conforme

finalidade assistencial, comprimento compatível com o uso gástrico, conector proximal compatível, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 29. Sonda gástrica longa nº 18

Sonda gástrica longa nº 18, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifícios distais/laterais adequados para drenagem ou administração conforme finalidade assistencial, comprimento compatível com o uso gástrico, conector proximal compatível, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

Item 30. Sonda gástrica longa nº 20

Sonda gástrica longa nº 20, estéril, de uso único, descartável, confeccionada em material atóxico, flexível, transparente ou translúcido, com calibre identificado, ponta distal fechada, arredondada e atraumática, orifícios distais/laterais adequados para drenagem ou administração conforme finalidade assistencial, comprimento compatível com o uso gástrico, conector proximal compatível, embalagem individual que preserve a esterilidade, contendo identificação de lote, validade, método de esterilização e registro/cadastro ANVISA.

Marca padronizada: CPL, Embramed, Markmed.

2.5. Marca padronizada e avaliação técnica

As marcas ofertadas deverão ser submetidas à avaliação técnica da Farmácia Hospitalar e, quando aplicável, deverão corresponder às marcas previamente padronizadas ou homologadas pela instituição. A Fundação poderá solicitar amostras para análise de embalagem, identificação, flexibilidade, resistência, acabamento, compatibilidade, desempenho e segurança para uso assistencial.

3. NORMAS, DOCUMENTAÇÕES E CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS

- Registro ou cadastro vigente na ANVISA, conforme enquadramento regulatório do produto.

- Ficha técnica, catálogo ou prospecto do produto, contendo composição, indicação de uso, características técnicas, tamanho/calibre, condições de armazenamento e método de esterilização quando aplicável.
- Licenças sanitárias e autorizações pertinentes à atividade do fornecedor, quando aplicável.
- Nota fiscal contendo identificação do(s) item(ns) fornecido(s).
- Identificação de lote e validade no produto e na embalagem.
- Comprovação documental complementar sempre que solicitada durante a avaliação técnica, recebimento ou qualificação do fornecedor.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO PRODUTO OU SERVIÇO

4.1. Local de entrega

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

Rua Marapá, nº 456 - Bairro Itaipu A

85860-050 - Foz do Iguaçu - PR

4.2. Quantidade e forma de entrega

As entregas serão realizadas de forma mensal, por meio de entregas programadas, conforme demanda institucional.

As quantidades mensais e anuais descritas nesta especificação são estimadas e poderão sofrer variações conforme consumo interno, demanda assistencial e necessidade da Fundação.

A confirmação das quantidades a serem entregues será realizada por meio de Ordem de Compra (O.C.), emitida pela Fundação de Saúde Itaguapy.

4.3. Prazo de entrega

Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias corridos a contar da emissão da Ordem de Compra (O.C.).

4.4. Validade dos produtos

Os produtos entregues deverão apresentar validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento.

Não serão aceitos produtos com validade inferior ao prazo mínimo estabelecido, salvo autorização formal e expressa da Fundação, mediante justificativa técnica.

4.5. Critérios de recebimento e substituição

Não serão aceitos produtos com:

- embalagem violada, rasgada, úmida, amassada ou com perda de integridade;
- ausência ou ilegibilidade de lote e validade;
- validade inferior ao mínimo estabelecido;
- divergência de tamanho, calibre ou quantidade;
- ausência de registro/cadastro ANVISA quando aplicável;
- divergência entre o produto entregue e o produto solicitado na Ordem de Compra;
- sinais de sujidade, contaminação, dano físico ou alteração visual;
- ausência de rotulagem obrigatória.

Em caso de não conformidade, deverá ser realizada substituição sem ônus para a Fundação, em prazo a ser definido conforme criticidade assistencial.

5. OBSERVAÇÕES GERAIS

- As propostas deverão considerar todos os custos diretos e indiretos necessários ao pleno atendimento do objeto, incluindo transporte, tributos, encargos e demais obrigações pertinentes.
- A Fundação poderá solicitar esclarecimentos técnicos, documentação complementar, catálogos, fichas técnicas e amostras antes da homologação da proposta.
- A aprovação técnica do produto não exime o fornecedor da responsabilidade por vícios, defeitos, desvios de qualidade, divergências de entrega ou inconformidades regulatórias.
- Eventuais divergências entre proposta comercial, ficha técnica, amostra e especificação técnica deverão ser formalmente esclarecidas durante o processo de avaliação.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente especificação técnica estabelece os requisitos mínimos necessários para atendimento da demanda institucional, servindo como base para elaboração de propostas comerciais, análises técnicas e processo de aquisição.

Todos os itens ofertados deverão atender integralmente às características, condições e exigências descritas neste documento, sendo facultado ao solicitante solicitar esclarecimentos

técnicos, documentação complementar, amostras, catálogos ou demonstrações operacionais, quando aplicável.

As propostas apresentadas deverão considerar todos os custos necessários ao pleno atendimento do objeto. Eventuais divergências entre a proposta comercial e a especificação técnica deverão ser formalmente esclarecidas durante o processo de avaliação.

7. DOS ANEXOS

Não se aplica. A relação dos itens e respectivas quantidades estimadas consta no item 2.3 desta Especificação Técnica.

Foz do Iguaçu, 15 de junho de 2026.

Elaboração:

Danielle Santa Catharina Barbosa
Coordenadora da Farmácia Hospitalar
Responsável Técnica CRF/PR 29.546